

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Zestaw do techniki SPME Arrow.

Kluczowe parametry techniczne

Zestaw do techniki SPME Arrow – 1 szt.

- zestaw przeznaczony do techniki SPME Arrow, kompatybilny z Chromatograf Gazowy Thermo Fisher Scientific TRACE 1610 wyposażonym w dozownik Split/Splitless oraz automatyczny podajnik próbek,
- komplet zawierający co najmniej:
 - narzędzie do obsługi SPME Arrow,
 - uchwyt do włókien SPME Arrow,
 - minimum 2 linery do dozownika Split/Splitless,
 - adapter do dozownika Split/Splitless,
 - zestaw włókien SPME Arrow z możliwością automatycznej identyfikacji przez autosampler lub rozwiązanie równoważne,
- pełna kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem chromatografii gazowej bez konieczności jego modyfikacji.

Stacja kondycjonowania włókien SPME Arrow – 1 szt.

- stacja przeznaczona do kondycjonowania włókien SPME Arrow,
- kompatybilna z zestawem do techniki SPME Arrow oraz posiadanym systemem chromatografii gazowej,
- umożliwiająca kontrolowane kondycjonowanie włókien przed analizą,
- gotowa do pracy po podłączeniu, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub modyfikacji aparatury.

Inne Wymagania

- Instalacja zestawu do Chromatografu Gazowego TRACE 1610 przez autoryzowanego dystrybutora wraz z autoryzowanym serwisem Chromatografów Gazowych Firmy Thermo Fisher Scientific
- Wycena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN cyfrowo wraz z należytym podatkiem VAT
- Cena podana w wycenie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem dostawy.
- Prosimy o podanie nazwy oraz producenta oferowanego urządzenia oraz możliwego terminu dostawy od dnia złożenia zamówienia.
- W przypadku pytań prosimy o kontakt:
- Justyna Majewska - kksit@sggw.edu.pl – tel. 22 59 35 354