

Tab. 2 Charakterystyka wyposażenia pomieszczeń laboratorium

Lp.	Wyposażenie	Ilość [szt]	Wymiary [szer/gł/wys]	Moc [Kw]	Gaz ziemny/propan -butan	Zasilanie [v]	Woda [ciepła/zimna]	Odpływ
I.	SZATNIA PRACOWNICZA							
I.1	Umywalka	1	500x400x200	-	-		tak	tak
I.2	Szafki dwudzielne	10	400x500x2000	-	-	-	-	-
I.3	Krzesło	3	550x700x800	-	-	-	-	-
I.4	Wieszak	2	800x200x50	-	-	-	-	-
II.	REJESTRACJA PRÓBEK							
II.1	Zlew jednokomorowy	1	800x500x200	-	-	-	tak	tak
II.2	Umywalka	1	500x400x200		-		tak	tak
II.3	Biurko	1	2000x100x850	-	-	-	-	-
II.4	Szafa biurowa	2	1000x500x1800	-	-	-	-	-
II.5	Krzesło biurowe	1	600x600x1000	-	-	-	-	-
II.6	Krzesło	1	600x700x800	-	-	-	-	-
II.7	Komputer	1	500x400x500	0,30	-	230	-	-
III.	MAGAZYNOWANIE PRÓBEK							
III.1	Zlew jednokomorowy	1	1200x750x900	-	-	-	tak	tak
III.2	Umywalka	1	500x400x200		-		tak	tak
III.3	Chłodziarka laboratoryjna	10	570x680x720	0,25	-	230	-	-
III.4	Zamrażarka	3	570x680x720	0,25	-	230	-	-
IV.	POŻYWKARNIA							
IV.1	Stacja uzdatniania wody	1	235x480x560	0,1	-	230	zimna	nie
IV.2	Autoklaw	2	740x600x915	4,0	-	400	zimna	tak
IV.3	Waga laboratoryjna	3	200x200x100	0,06	-	230	-	-
IV.4	Zlew jednokomorowy z umywalką i oczomyjką podwójną	1	1200x750x900	-	-	-	tak	tak
IV.5	Umywalka	1	500x400x200		-		tak	tak
IV.6	Chłodziarka laboratoryjna	3	1500x700x2500	0,5	-	230	-	-
IV.7	Chłodziarka laboratoryjna przelotowa	1	900x700x2500	0,4	-	230	-	
IV.8	Zamrażarka niskotemperaturowa	1	570x680x720	0,45	-	230	-	-
IV.9	Pompa perystaltyczna	1	400x380x500	0,07	-	230	-	-
IV.10	Przepływowa lampa UV	3	700x150x200	0,05	-	230	-	-
IV.11	Mieszadło	2	300x300x200	0,1	-	230	-	-
IV.12	Palnik gazowy	2	200x150x120	0,05	tak	230	-	-
IV.13	Stołek laboratoryjny	4	200x200x400	-	-	-	-	-
V.	PRZYGOTOWANIE PRÓBEK							
V.1	Przepływowa lampa UV	3	700x150x200	0,05		230	-	-
V.2	Diluter grawimetryczny	2	400x400x300	0,07	-	230	-	-
V.3	Chłodziarka laboratoryjna	2	1500x700x2500	0,5	-	230	-	-
V.4	Palnik gazowy	4	200x150x120	0,05	tak	230	-	-
V.5	Waga laboratoryjna	3	200x200x100	0,06	-	230	-	-
V.6	Homogenizator	2	270x380x280	0,11	-	230	-	-
VI.	LABORATORIUM 1 MIKROFLORA NATYWNA							
VI.1	Zlew jednokomorowy z	1	900x750x900	-	-	-	tak	tak

	oczomyjką pojedynczą							
VI.2	Umywalka	1	500x400x200	-	-	-	tak	tak
VI.3	Chłodziarka laboratoryjna	1	570x680x720	0,25	-	230	-	-
VI.14	pH metr	1	200x200x100	0,05	-	230	-	-
VI.6	Homogenizator	1	270x380x280	0,11	-	230	-	-
VI.7	Łaźnia wodna	1	500x300x200	0,45	-	230	-	-
VI.8	Mikroskop optyczny	1	200x300x350	0,05	-	230	-	-
VI.10	Przepływowa lampa UV	1	700x150x200	0,05	-	230	-	-
VI.11	Palnik gazowy	3	200x150x120	0,05	tak	230	-	-
VI.12	Stółek laboratoryjny	4	200x200x400	-	-	-	-	-
VI.13	Komora laminarna	1	1500x700x2500	0,1	-	230	-	-
V.14	Mieszadło	2	300x300x200	0,1	-	230	-	-
VI.15	Suszarka laboratoryjna	1	700x700x600	0,50	-	230	-	-
VII.	LABORATORIUM 2 MIKROFLORA NATYWNA							
VII.1	Zlew jednokomorowy	1	900x750x900	-	-	-	tak	tak
VII.2	Umywalka	1	500x400x200	-	-	-	tak	tak
VII.3	Inkubatory mikrobiologiczne	4 2	560x400x480 640x500x800	0,55 0,82	-	230	-	-
VII.4	Przepływowa lampa UV	1	700x150x200	0,05	-	230	-	-
VIII.	LABORATORIUM 3 BAKTERIE PATOGENNE							
VIII.1	Zlew jednokomorowy z oczomyjką pojedynczą	1	900x750x900	-	-	-	tak	tak
VIII.2	Umywalka	2	500x400x200	-	-	-	tak	tak
VIII.3	Chłodziarka laboratoryjna	1	570x680x720	0,25	-	230	-	-
VIII.4	Inkubatory mikrobiologiczne	3 2	560x400x480 640x500x800	0,55 0,82	-	230	-	-
VIII.5	Inkubator przelotowy	1	640x500x800	0,82	-	230	-	-
VIII.6	Komora laminarna	1	1500x700x2500	0,1	-	230	-	-
VIII.7	Mikroskop optyczny	1	200x300x350	0,05	-	230	-	-
VIII.8	Przepływowa lampa UV	2	700x150x200	0,05	-	230	-	-
VIII.9	Palnik gazowy	4	200x150x120	0,05	tak	230	-	-
VIII.10	Mieszadło	4	300x300x200	0,1	-	230	-	-
VIII.11	Stółek laboratoryjny	4	200x200x400	-	-	-	-	-
VIII.12	Suszarka laboratoryjna	1	700x700x600	0,50	-	230	-	-
IX.	LABORATORIUM 4 BAKTERIE PATOGENNE							
IX.1	Zlew jednokomorowy z oczomyjką pojedynczą	1	900x750x900	-	-	-	tak	tak
IX.2	Umywalka	2	500x400x200	-	-	-	tak	tak
IX.3	Chłodziarka laboratoryjna	2	570x680x720	0,25	-	230	-	-
IX.4	Inkubatory mikrobiologiczne	4 3	560x400x480 640x500x800	0,55 0,82	-	230	-	-
IX.5	Komora laminarna	2	1500x700x2500	0,1	-	230	-	-
IX.6	Mikroskop optyczny	1	200x300x350	0,05	-	230	-	-
IX.7	Przepływowa lampa UV	2	700x150x200	0,05	-	230	-	-
IX.8	Palnik gazowy	4	200x150x120	0,05	tak	230	-	-
IX.9	Mieszadło	4	300x300x200	0,1	-	230	-	-
IX.10	Stółek laboratoryjny	4	200x200x400	-	-	-	-	-

X.	LABORATORIUM 5 BAKTERIE PATOGENNE							
X.1	Zlew jednokomorowy z oczomyjką pojedynczą	1	900x750x900	-	-	-	tak	tak
X.2	Umywalka	1	500x400x200	-	-	-	tak	tak
X.3	Chłodziarka laboratoryjna	1	570x680x720	0,25	-	230	-	-
X.6	Komora laminarna	1	900x700x2500	0,1	-	230	-	-
X.7	Mikroskop optyczny	1	200x300x350	0,05	-	230	-	-
X.8	Przepływowa lampa UV	1	700x150x200	0,05	-	230	-	-
X.9	Palnik gazowy	1	200x150x120	0,05	tak	230	-	-
X.10	Stołek laboratoryjny	2	200x200x400	-	-	-	-	-
XI.	ŚLUZA HIGIENICZNA A							
XI.1	Przepływowa lampa UV	1	700x150x200	0,05	-	230	-	-
XI.2	Umywalka	1	500x400x200	-	-	-	tak	tak
XI.3	Wieszak	2	800x200x50	-	-	-	-	-
XI.4	Krzesło	4	550x700x800	-	-	-	-	-
XI.	ŚLUZA HIGIENICZNA B							
XI.5	Umywalka	1	500x400x200	-	-	-	tak	tak
XI.6	Przepływowa lampa UV	1	700x150x200	0,05	-	230	-	-
XI.7	Wieszak	2	800x200x50	-	-	-	-	-
XI.8	Krzesło	4	550x700x800	-	-	-	-	-
XII.	STERYLIZATORNIA							
XII.1	Zlew dwukomorowy z oczomyjką pojedynczą	2	1200x750x900	-	-	-	tak	tak
XII.2	Umywalka	1	500x400x200	-	-	-	tak	tak
XII.3	Autoklaw	2	740x600x915	4,0	-	230	zimna	tak
XII.4	Chłodziarka laboratoryjna	3	1500x700x2500	0,5	-		-	-
XII.5	Zmywarka	1	900X600x900	0,67	-	230	zimna	tak
XII.5	Pojemnik na materiał przed sterylizacją	2	740x700x1100	-	-	-	-	-
XII.6	Pojemnik na materiał po sterylizacji	2	740x700x1100	-	-	-	-	-

„- „nie dotyczy