



SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Warszawa, 31.08.2020 r.

Nr ewidencyjny zamówienia: SZP.250.35.2020

Uczestnicy postępowania!

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie Laboratorium Inżynierii Tkankowej Oraz Pracowni Elektromiografii w ramach Projektu Centrum Medycyny Regeneracyjnej”.

Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.) informuje o zapytaniach do treści siwz, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.

Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 2:

Pytanie 1

§4 ust.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez zmianę określenia: z „od dnia zawarcia umowy” na „od dnia podpisania umowy przez obie Strony”.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

§7 ust. 7 pkt 3):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii poprzez dodanie zapisu „w dni robocze, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy)”?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie 3

§8:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie zapisu §8 ust. 7:

„Do dnia zapłaty za przedmiot umowy określony w §3, pozostaje on własnością Wykonawcy”.

Odpowiedź

Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

§9 ust. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 20% na 10%?

Odpowiedź

Zmawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

§12 ust. 3:

Uprzejmie prosimy o dodanie do definicji siły wyższej:

„stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemii lub stanu nadzwyczajnego”.

Odpowiedź

Zmawiający wyraża zgodę wnioskowaną zmianę treści §12 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 6

§15 ust. 3:

Czy Zamawiający dopuści dostanie kopii polisy OC e-mailem?

Odpowiedź

Zmawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych osobowych przez Wykonawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta.

Odpowiedź

Umowa o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych zostanie podpisana z wykonawcą, któremu udzielone zostanie przedmiotowe zamówienie.

Pytanie 8

Dotyczy SIWZ, Część IV Opis części zamówienia, Zadanie I pozycja XXVIII, pkt 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie analizatora, który jako parametry badawcze posiada HFLC# i HFLC% (limfocyty nietypowe, o podwyższonej fluorescencji) oraz flaguje obecność atypowych limfocytów, natomiast komórki niedojrzałe, takie jak niedojrzałe granulocyty (promielocyty, mielocyty, metamielocyty) są raportowane jako parametry diagnostyczne jako



IG oraz IG%, a obecność blastów wykrywana jest z wysoką czułością i specyficzną i prezentowana w postaci Q-flagi?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 9

Dotyczy SIWZ, Część IV Opis części zamówienia, Zadanie I pozycja XXVIII, pkt 5. Czy Zamawiający wymaga aby analizator posiadał dedykowany tryb do oznaczeń płynów z jam ciała, zapewniający wysoką jakość oznaczania, tak aby możliwy był pomiar próbek ubogokomórkowych (takich jak np. płyn mózgowo-rdzeniowy), a także aby uzyskane parametry miały status parametrów IVD oraz były raportowane na wyniku pacjenta i przesyłane do laboratoryjnego systemu informatycznego?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie wymaga aby zaoferowany analizator posiadał opisany tryb.

Pytanie 10

Dotyczy SIWZ, Część IV Opis części zamówienia, Zadanie I pozycja XXVIII, pkt 5, pkt.7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby analizator dokonywał pomiaru WBC (oraz rozdziału na subpopulacje) metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej, która jest obecnie jedną z najnowocześniejszych metod pomiarowych: w przypadku rozdziału leukocytów na 5 populacji- zastosowanie barwnika fluorescencyjnego, który barwi materiał genetyczny w komórce?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 11.

Dotyczy SIWZ, Część IV Opis części zamówienia, Zadanie I pozycja XXVIII, pkt 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, którego ilość aspirowanej próbki to 25 µl krwi pełnej (różnica jest niewielka bo jest to zaledwie o 10 µl krwi pełnej od wymagań Zamawiającego) oraz 70 µl materiału (krew + diluent) po wstępnym rozcieńczeniu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 12

Dotyczy SIWZ, Część IV Opis części zamówienia, Zadanie I pozycja XXVIII.

Czy Zamawiający wymaga, aby analizator posiadał moduł serwisowy, który daje możliwość podłączenia on-line z serwisem technicznym Wykonawcy, co znacznie ułatwi nadzór nad parametrami pracy analizatora i przyspieszy samą interwencję Inżyniera serwisu jak również wsparcie merytoryczne w zakresie interpretacji wyników badań?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie 13

Dotyczy SIWZ, Część IV Opis części zamówienia, Zadanie I pozycja XXVIII.

Czy Zamawiający wymaga aby autoryzowany serwis posiadał minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w serwisowaniu oferowanego modelu analizatora hematologicznego?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14.

Dotyczy SIWZ, Część IV Opis części zamówienia, Zadanie I pozycja XXVIII.

Czy Zamawiający wymaga aby analizator wyposażony był w czujnik ścieków?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 15.


Dotyczy SIWZ, Część IV Opis części zamówienia, Zadanie I pozycja XXVIII.

Czy Zamawiający wymaga zewnętrznej kontroli producenta z opracowaniem statystycznym on-line, wyniki dostępne są w tym samym czasie, w którym Zamawiający wykonuje kontrolę codzienną, bezpośrednio z analizatora, bez konieczności zgrywania wyników kontroli z określonego okresu na zewnętrzny nośnik (pendrive, USB) i wgrywania na innym komputerze i przesyłania do producenta?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

REKTOR
Szkoły Głównej Wychowawstwa Wiejskiego
w Warszawie


/ Prof. dr hab. Wiesław Bielawski /

31-08-2020.

KANCELARIA PRAWNA
Rafał Zygmunt
z up. Michał Magdziak

KIEROWNIK PROJEKTU
4 Centrum Medycyny Regeneracyjnej
prof. dr hab. Zdzisław Gajewski

Z-CA KIEROWNIKA
Sekcji Zamówień Publicznych
/ mgr inż. Magdalena Zywno /