

Warszawa, 17.11.2022 r.

Nr ewidencyjny zamówienia: 1/POIS/INZ/SGGW/2022; SZP.250.62.2022

Szanowni Państwo,
Uczestnicy postępowania!

Nazwa zamówienia **Sukcesywna dostawa odczynników, plastików oraz akcesoriów laboratoryjnych dla Projektu RESTYTUCJA SOKOŁA WĘDROWNEGO W POLSCE nr. POIS.02.04.00-00-0127/16-04**: dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na podstawie art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 10710) zwanej dalej ustawą, informuje iż do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które poniżej udziela odpowiedzi:

**Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego w
Warszawie**

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
+48 22 593 00 00
www.sggw.pl

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 11 w pozycjach 3, 4 woreczków o poniższej specyfikacji?

1 Woreczki sterylizacyjne z samoprzylepnym zamykaniem

Woreczki sterylizacyjne, wstępnie składane, zapewniają dokładne i szybkie zamykanie bez potrzeby stosowania urządzenia zgrzewającego. Są one odpowiednie do stosowania w gabinetach stomatologicznych i przez użytkowników, którzy chcą uniknąć kosztów związanych z urządzeniami plombującymi. Woreczki te wykonane są z wielowarstwowej, przezroczystej folii kopolimerowej PET/PP, papieru medycznego i posiadają taśmę samoprzylepną, zapewniającą sterylne otwarcie i odporność na sterylizowanie parowe. Na powierzchni papieru naniesione są wodne, nietoksyczne wskaźniki procesu sterylizacji parą i tlenkiem etylenu, zgodne z normą ISO 11140-1, które różnicują opakowania na wysterylizowane i niewysterylizowane.

- Ze wzmocnioną powłoką, by uniknąć rozdarcia podczas otwierania
- Wyraźna zmiana barwy po sterylizacji
- Brak włókien ułatwia aseptyczne otwieranie
- Uszczelnianie trzypasmowe zapewnia trwałość opakowania.

Wym. mm	Op.	Nr kat.
75 x 200	200	6.272 280
90 x 230	200	6.272 281
90 x 270	200	6.272 282
130 x 290	200	6.272 283
190 x 340	200	6.272 284
300 x 430	200	6.272 285



Odpowiedź: Zamawiający w części 11 pozycja 3 nie dopuszcza torebek do sterylizacji 130mmx290mm jako zamiennika torebek do sterylizacji 135mm x 260mm ponieważ są zbyt wąskie na potrzeby Zamawiającego.

Zamawiający w części 11 w pozycji 4 dopuści dostawę również torebek do sterylizacji o zaproponowanej specyfikacji, tj. torebek o rozmiarze 90mmx270mm które mogą stanowić zamiennik dla torebek do sterylizacji 90mm x 260mm.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 11 w pozycjach 6-8 rękawiczek w opakowaniach 100 szt. (po 30 opakowań rękawiczek każdego rozmiaru)?

Odpowiedź: Zamawiający w części 11 w pozycji 6-8 dopuści alternatywnie dostawę również rękawiczek w opakowaniach 100 szt.

Pytanie 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 11 w pozycji 9 próbek w opakowaniach 50 szt. (łącznie 4 op. x 50 szt.)?

Odpowiedź: Zamawiający w części 11 w pozycji 9 dopuści alternatywnie dostawę próbek w opakowaniach 50 szt.

Pytanie 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 11 w pozycji 10 próbek w opakowaniach 25 szt. (łącznie 4 op. x 25 szt.)?

Odpowiedź: Zamawiający w części 11 w pozycji 10 dopuści alternatywnie dostawę próbek w opakowaniach 25 szt..

Pytanie 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 11 w pozycji 11 próbek w opakowaniach 1000 szt. (łącznie 8 op. x 1000 szt.)?

Odpowiedź: Zamawiający w części 11 w pozycji 11 dopuści alternatywnie dostawę próbek w opakowaniach 1000 szt..

Pytanie 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 11 w pozycji 14 końcówek w opakowaniach 960 szt. (łącznie 21 op. x 960 szt.)?

Odpowiedź: Zamawiający w części 11 w pozycji 14 dopuści alternatywnie dostawę końcówek w opakowaniach 960 szt.



W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, a w ślad za tym termin związania ofertą w sposób następujący:

- 1. Termin składania ofert: 23.11.2022 r. godz.: 11:30**
- 2. Termin otwarcia ofert: 23.11.2022 r. godz.: 12:00**
- 3. Termin związania ofertą: 22.12.2022 r.**

17.11.2022 r. prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada, Rektor SGGW

/podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym/

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby uprawnionej)

**Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego w
Warszawie**

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
+48 22 593 00 00
www.sggw.pl