

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Adres artykułu: <https://bip.sggw.edu.pl/artukul/elektrody-specjalistyczna-elektroda-sentixsp-wtw-do-ph-metru-wtw-zamiar-udzielenia-zamowienia>

Elektrody - specjalistyczna elektroda SenTixSP-WTW do pH metru WTW - zamiar udzielenia zamówienia

Data publikacji: 2021-08-16

Warszawa, dn. 16.08.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami) Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw, określonych poniżej:

- 1) Przedmiot zamówienia: **Elektrody - specjalistyczna elektroda SenTixSP-WTW do pH metru WTW** – w ramach realizacji projektu badawczego NCBiR TANGO-IV-C/0005/2019-00 pt. „Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho”).
- 2) Termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od zlecenia
- 3) Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert): 100% cena
- 4) Inne istotne warunki zamówienia:
 - elektroda nakłuciowa SenTixSP-WTW do pH metru WTW, do pomiaru pH w tkance mięsniowej

- zakres pomiarowy pH: 2-13
- elektrolit odniesienia: polimer
- rezystancja membrany przy 25° C: <400GΩ
- kabel, gniazdo/wtyczka: AS/DIN, AS/DIN-3, AS/BNC wtyczka DIN i BNC

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Projekt NCBR Tango-IV-C/0005/2019-00: Opracowanie biostarterów wspomagających dojrzewanie mięsa wołowego na sucho

Metryczka

Opublikował w BIP:	Mateusz Skłodowski
Data opublikowania:	16.08.2021 16:55
Ostatnio zaktualizował:	Mateusz Skłodowski
Data ostatniej aktualizacji:	17.08.2021 09:35
Liczba wyświetleń:	31